

תאריך הדפסה: 20/04/15
 תאריך אישור: 14:31
 22/03/15

ננו פיינט בע"מ
 ת.ד. 10827 (כתובת למכתבים)
 קרית חיים 2611902

תעודת בדיקה SO15022564

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: לקוח

תאריך דווח: 22/03/15
 מספר דגימות: 8
 תאור דוגמאות: צבע
 תאריך קליטה: 10/03/15
 תאריך דיגום: 02/03/15
 תאור מצב דגימה: אריזה לא סופית-ט'חדר
 חומר לבדיקה: צבע

תוצאה	יחידה	בדיקה
מספר דגימה: SO15022564/1		
תאור: B-0		
< 10	per 1 gr	ספירה כללית
< 10	per 1 gr	שמרים
< 10	per 1 gr	עובשים
5,900,000		יעילות ביוצייד
360		אחרי 72 שעות
מספר דגימה: SO15022564/2		
תאור: B-2		
< 10	per 1 gr	ספירה כללית
< 10	per 1 gr	שמרים
< 10	per 1 gr	עובשים
14,300,000		יעילות ביוצייד
30		אחרי 72 שעות
מספר דגימה: SO15022564/3		
תאור: B-3		
< 10	per 1 gr	ספירה כללית
< 10	per 1 gr	שמרים
< 10	per 1 gr	עובשים
11,100,000		יעילות ביוצייד
240		אחרי 72 שעות
מספר דגימה: SO15022564/4		
תאור: B-4		
< 10	per 1 gr	ספירה כללית
< 10	per 1 gr	שמרים
< 10	per 1 gr	עובשים
660,000		יעילות ביוצייד
< 10		אחרי 72 שעות
מספר דגימה: SO15022564/5		
תאור: B-5		
< 10	per 1 gr	ספירה כללית
< 10	per 1 gr	שמרים
< 10	per 1 gr	עובשים
1,820,000		יעילות ביוצייד
4,700		אחרי 72 שעות
מספר דגימה: SO15022564/6		

תאור: B-6		
< 10	per 1 gr	ספירה כללית
< 10	per 1 gr	שמרים
< 10	per 1 gr	עובשים
2,880,000		יעילות ביוצייד
< 10		אחרי 72 שעות
מספר דגימה: SO15022564/7		
תאור: B-7		
< 10	per 1 gr	ספירה כללית
< 10	per 1 gr	שמרים
< 10	per 1 gr	עובשים
248,000		יעילות ביוצייד
5,900		אחרי 72 שעות
מספר דגימה: SO15022564/8		
תאור: B-8		
< 10	per 1 gr	ספירה כללית
< 10	per 1 gr	שמרים
< 10	per 1 gr	עובשים
47,000,000		יעילות ביוצייד
630		אחרי 72 שעות


פרשנות לדגימות

דגימה: SO15022564/1	
כל הדוגמאות באיכות טובה ונקיות על פי הרגישות המקסימלית האפשרית לבדיקות שבוצעו	
SO15022564/6	
הצבע נמצא כבעל יכולת בקטריוצידית טובה כנגד חיידק גרם חיובי וחיידק גרם שלילי שנבדקו. הצבע אפשר הורדה של לפחות חמישה סדרי גודל בספירות החיידקים הנבדקים.	
אבטחת איכות	
שיטת בדיקה	בדיקה
	יעילות ביוצייד
ASTM D 2574-86	
	ספירה כללית
	ת"י 885 חלק 3

הבדיקות בתעודה זו אינן בהיקף ההסמכה שניתן ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.


 רונית בן אברהם Ph.D.
 ראש המחלקה למיקרוביולוגיה

** סוף תעודה **